

Порядок проведення серцево-легеневої реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора

Автоматичний зовнішній дефібрилятор — це медичний виріб, призначений для ліквідації порушення серцевої діяльності шляхом впливу на серце електричного імпульсу.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ

ПЕРЕКОНАТИСЯ У ВІДСУТНОСТІ НЕБЕЗПЕКИ

ВИЗНАЧИТИ НАЯВНІСТЬ СВІДОМОСТІ

РЕАГУЄ

НЕ РЕАГУЄ

- при відсутності загроз залишити постраждалого в попередньому положенні;
- з'ясувати характер події;
- викликати бригаду ЕМД;
- повідомити інформацію диспетчеру;
- забезпечити нагляд за постраждалим до приїзду бригади ЕМД.

- звернутися за допомогою;
- якщо постраждалий лежить на животі, повернути його на спину;
- відновити прохідність дихальних шляхів;
- визначити наявність дихання (10 секунд).

ДИХАЄ

ДИХАННЯ ВІДСУТНЕ

- перемістити в стабільне положення;
- викликати ЕМД;
- забезпечити нагляд за постраждалим.

- викликати ЕМД;
- розпочати проведення СЛР та принести АЗД;
- увімкнути АЗД;
- виконувати голосові вказівки АЗД.

- приклеїти електроди на грудну клітку постраждалого;
- зачекати доки апарат не здійснить аналіз ритму;
- натиснути кнопку розряду для проведення дефібриляції за умови, що до постраждалого ніхто не торкається.

ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ДЕФІБРИЛЯЦІЇ РОЗПОЧАТИ/ПРОДОВЖИТИ ПРОВЕДЕННЯ СЛР
30 НАТИСКАНЬ, 2 ВДИХИ

- дотримуватись голосових вказівок АЗД протягом всього часу проведення СЛР;
- при відновленні ознак життя у постраждалого забезпечити постійний нагляд;
- електроди залишити на грудній клітці;
- при повторній зупинці серця відновити реанімаційні заходи.